

ZP/UR/11/2015

Rzeszów, 25.03.2015r.

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Wykonawcy,
którzy pobrali siwz
nr ZP/UR/11/2015**

Wyjaśnienia treści siwz z dn. 25.03.2015r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/11/2015 na **Dostawę sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego

Pytanie 1:

Poniższe pytania dotyczą Zadania 7 w przedmiotowym postępowaniu

Czy Zamawiający dopuści dynamometr pracujący w zakresie pomiarowym momentu siły na poziomie od 0 do 680Nm w przypadku pracy koncentrycznej, a w przypadku pracy ekscentrycznej na poziomie od 0 do 544Nm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści dynamometr pracujący w zakresie pomiarowym momentu siły na poziomie od 0 do 680Nm w przypadku pracy koncentrycznej, a w przypadku pracy ekscentrycznej na poziomie od 0 do 544Nm

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści dynamometr z dokładnością pomiarową momentu siły na poziomie 0,68Nm dla ruchu biernego i pracy izotonicznej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści dynamometr z dokładnością pomiarową momentu siły na poziomie 0,68Nm dla ruchu biernego i pracy izotonicznej

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści zestaw komputerowy w pełni kompatybilny z wszystkimi elementami systemu do pomiaru siły mięśniowej, gwarantujący bezpieczne i pełne wykorzystanie możliwości urządzenia, o parametrach pozwalających na kompletne sterowanie urządzeniem z poziomu komputera?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści zestaw komputerowy w pełni kompatybilny z wszystkimi elementami systemu do pomiaru siły mięśniowej, gwarantujący bezpieczne i pełne wykorzystanie możliwości urządzenia, o parametrach pozwalających na kompletne sterowanie urządzeniem z poziomu komputera

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści system operacyjny, zainstalowany na komputerze sterującym, w języku angielskim?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści system operacyjny, zainstalowany na komputerze sterującym, w języku angielskim

Powyższe odpowiedzi stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik