

ZP/UR/11/2015

Rzeszów, 18.03.2015r.

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Wykonawcy,
którzy pobrali siwz
nr ZP/UR/11/2015**

Wyjaśnienia treści siwz z dn. 18.03.2015r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/11/2015 na **Dostawę sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego

Pytanie 1:

Poniższe pytania dotyczą Zadania 4 w przedmiotowym postępowaniu

Zadanie 4 – Urządzenie do terapii funkcjonalnej kończyny górnej:

Czy Zamawiający dopuści komputer w pełni kompatybilny z systemem do rehabilitacji funkcjonalnej kończyny górnej, ale odbiegający od specyfikacji przedstawionej przez Zamawiającego? Głównym przedmiotem postępowania jest bowiem sprzęt medyczny do prowadzenia rehabilitacji ruchowej (współpracujący z komputerem), a nie sam sprzęt komputerowy. Zastosowany przez Zamawiającego opis jest bardzo dokładny i znacznie przewyższa wymagania sprzętowe stawiane dla tego typu systemu medycznego (są one określone przez producenta urządzenia do rehabilitacji funkcjonalnej kończyny górnej). Dostarczany z urządzeniem komputer jest dobrany przez producenta w sposób optymalny i gwarantujący bezpieczne i pełne wykorzystanie jego możliwości.

Proponowane zestawienie komputera:

- ekran 17,3”;
- dysk HDD min. 320 GB;
- RAM DDR 3 min. 2 GB 1600 MHz;
- wbudowane głośniki i mikrofon;
- karta sieciowa WiFi;
- łącze HDMI;
- min. 3 złącza USB;
- napęd optyczny DVD-RW;
- system operacyjny w języku angielskim (wymaganie stawiane przez producenta sprzętu zapewniające prawidłowe działanie systemu do rehabilitacji funkcjonalnej);
- pakiet oprogramowania biurowego;
- pakiet ochrony antywirusowej;
- oprogramowanie do prowadzenia terapii funkcjonalnej kończyny górnej dostarczone będzie w języku polskim.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ww zestawienie. Zestaw komputerowy powinien być w pełni kompatybilny z wszystkimi elementami systemu do rehabilitacji funkcjonalnej kończyny górnej, gwarantujący bezpieczne i pełne wykorzystanie jego możliwości, o parametrach umożliwiającym obsługiwanie powyższego zestawu, wraz z oprogramowaniem pozwalającym na kompletne sterowanie urządzeniem z poziomu komputera. Zamawiający dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia-zał.nr 1.1 do siwz

Powyższe odpowiedzi stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik