

**Zamawiający:**

Uniwersytet Rzeszowski  
ul. Rejtana 16 C  
35-959 Rzeszów

**Do Wykonawców, zainteresowanych  
udziałem w przetargu**

**Odpowiedzi nr 1 na pytania do SIWZ**

W nawiązaniu do postępowania nr **ZP/UR/44/2015** na „**Dostawa dygestorium laboratoryjnego dla Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego**” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

**Pytanie nr 1:** z opisu: Ściana wewnętrzna może być wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze lub wyłożona ceramiką.

Czy ściana wewnętrzna może być wyłożona ,Trespą,Winidurem,Polipropylenem.?

**Odpowiedź:** Ściana wewnętrzna może być wykonana z każdego rodzaju materiału spełniającego wymogi bezpieczeństwa przy pracy z substancjami żrącymi oraz łatwopalnymi

**Pytanie nr 2:** z opisu: Wentylator dachowy z instalacją /długość kanału wentylacyjnego 15m średnica 25cm/.

Czy określenie z instalacją dotyczy ułożenia instalacji elektrycznej wył-wentylator, czy istnieje projekt jej ułożenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga tylko instalacji wentylatora do już gotowej instalacji.

**Pytanie nr 3:** Jaka jest odległość od miejsca ustawienia dygestorium do kanału wentylacyjnego?

**Odpowiedź:** Odległość od dygestorium do kanału wentylacyjnego wynosi około 3 metry

**Powyższe odpowiedzi stają się częścią SIWZ i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.**

z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....  
*Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona*