

ZP/UR/21/2015

Rzeszów, 09.04.2015 r.

**Zamawiający:**

Uniwersytet Rzeszowski  
al. Rejtana 16c  
35-959 Rzeszów

**Do:  
Wykonawców**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1**

Dotyczy postępowania: **ZP/UR/21/2015 „Dostawa aparatury i urządzeń do Przyrodniczo - Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych”**

**Pytania dotyczące Zadania nr 1:** „Dostawa komory inkubacyjnej oraz aparatury do aktywacji i zmiany struktury wody”.

**Poz. nr 1:** Komora inkubacyjna z atmosferą CO<sub>2</sub> z generatorem i detektorem pola elektromagnetycznego

**A) Inkubator do hodowli komórkowych z atmosferą CO<sub>2</sub>**

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści inkubator o pojemności komory 190l?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści inkubator z możliwością pracy o zakresie temperatury od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +60°C?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści inkubator o wymiarach zewnętrznych 85x60 cm (szerokość x głębokość)?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytania dotyczące Zadania nr 3:** „Dostawa aparatów do EMG oraz urządzenia do ćwiczeń funkcjonalnych w podwieszeniu”.

**Pytanie nr 1: Poz. nr 1: 8 - kanałowy aparat do EMG**

Czy Zamawiający dopuści EMG z częstotliwością próbkowania 2000Hz na każdy kanał? Częstotliwość tak jest niezależna od ilości używanych kanałów i gwarantuje dużą i wystarczającą dokładność wykonywanych badań.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do Siwz (Opis przedmiotu zamówienia): „Częstotliwość próbkowania –

„pomiędzy 140 Hz a 3000 Hz lub szerszym”, a więc częstotliwość o jaka pyta wykonawca mieści się w tym zakresie.

**Pytanie nr 2: Poz. nr 1: 8 - kanałowy aparat do EMG**

Czy Zamawiający dopuści EMG z częstotliwością próbkowania 1000Hz na każdy kanał? Częstotliwość tak jest niezależna od ilości używanych kanałów i gwarantuje dużą i wystarczającą dokładność wykonywanych badań.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do Siwz (Opis przedmiotu zamówienia): „Częstotliwość próbkowania – pomiędzy 140 Hz a 3000 Hz lub szerszym”, a więc częstotliwość o jaka pyta wykonawca mieści się w tym zakresie.

**Pytanie nr 3: Poz. nr 3 Urządzenie do ćwiczeń funkcjonalnych w podwieszeniu**

Czy Zamawiający może określić w jakiej technologii i z czego wykonany jest strop pomieszczenia, w którym ma zostać zainstalowany system?

**Odpowiedź:**

Żelbet.

**Pytanie nr 4: Poz. nr 3 Urządzenie do ćwiczeń funkcjonalnych w podwieszeniu**

Czy Zamawiający może podać wysokość pomieszczenia, w którym ma zostać zmontowane urządzenie?

**Odpowiedź:**

Wysokość ok. 3,30 m.

**Pytanie dotyczące Zadania nr 5: „Dostawa cyfrowej stacji roboczej oraz płytki z elementem grzejnym”.**

**Pytanie nr 1:**

Czy zamawiają dopuści 56 dniowy termin dostawy?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

-----  
Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ.

z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....  
*Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona*