

ZP/UR/18/2015

Rzeszów, 01.04.2015 r.

**Zamawiający:**

Uniwersytet Rzeszowski  
al. Rejtana 16c  
35-959 Rzeszów

**Szanowni Wykonawcy**  
**uczestniczący w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: postępowania nr **ZP/UR/18/2015** „Dostawa, fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu medycznego w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”

**PYTANIA Z DNIA 26.03.2015 R.**

**ZADANIE 4: Dostawa drobnego sprzętu do Laboratorium biologii molekularnej.**

**Pytanie 1.**

*Czy Zamawiający w poz. 5 ww. zadania wymaga zaoferowania bloku na 1,5 ml oraz 2,0 ml, czy tylko bloku 2,0 ml?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga jednego bloku, w którym można inkubować próbówki 1,5 ml jak i 2,0 ml.

Z poważaniem

z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....  
*Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona*

Do wiadomości:

1. [www.ur.edu.pl](http://www.ur.edu.pl)
2. a-a DZP