

ZP/UR/18/2015

Rzeszów, 08.04.2015 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

**Szanowni Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania nr **ZP/UR/18/2015** „Dostawa, fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu medycznego w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”

PYTANIE Z DNIA 02.04.2015 R.

ZADANIE 3: Dostawa maszyny do robienia lodu.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści maszynę do robienia lodu z czynnikiem chłodniczym R134a a bez czynnika R404z? Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Tak i jednocześnie Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie, której treść zamieszcza na stronie internetowej www.ur.edu.pl.

W związku z powyższym ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert – **30.04.2015r. godz. 12:00**
- termin otwarcia ofert – **30.04.2015r. godz. 12:30**

Z poważaniem

z up. Rektora UR
KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
*Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona*

Do wiadomości:

1. www.ur.edu.pl
2. a-a DZP