

ZP/UR/24/2015

Rzeszów, dnia 30.04.2015 r.

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

Zmiana treści Siwz Nr 1 z dnia 30.04.2015 r.

Dotyczy postępowania ZP/UR/24/2015 pt.: „Dostawa aparatury medycznej,
oprogramowania i urządzeń do Przyrodniczo - Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych”

I. W związku z błędnie podanym parametrem Zamawiający w Załączniku nr 1.1 do Siwz (Opis przedmiotu zamówienia) w części dotyczącej **zadania nr 3** pt.: „Echokardiograf” zmienia zapis zawarty w Poz. nr 1 Echokardiograf , część: Pozostałe wymagania, **punkt 5 (Głowice)**

Było:

Głowice

„ ...pole obrazowania do min 1200... ”

Po zmianie:

Głowice

„ ...pole obrazowania do min. 90° (stopni)...”

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona