

ZP/UR/39/2015

Rzeszów, 17.04.2015r.

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Wykonawcy,
którzy pobrali siwz
nr ZP/UR/39/2015**

Wyjaśnienia treści siwz z dn. 17.04.2015r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/39/2015 na **Dostawę mieszadła magnetycznego w ramach projektu „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego

Pytanie 1:

czy Zamawiający dopuści mieszadło o następujących parametrach:

Dane techniczne:

Napęd mieszadła magnetycznego

Maks. obj. płynu (H₂O) 10 l

Wyświetlacz obrotów skala

Zakres prędkości obrotowej 100-1500 min⁻¹

Moc silnika: wejściowa / wyjściowa 15 / 1,5 W

Funkcja grzania

Moc grzania 1000 W

Zakres temperatury 50-500°C

Dokładność regulacji +/-10 K

Powierzchnia płyty (szer. x gł.) 180 x 180 mm

Inne

Wymiary (szer. x gł. x wys.) 220 x 330 x 105 mm

Masa 5 kg

Zasilanie sieciowe 230 V, 50/60 Hz

Odpowiedź:

Tak

Powyższe odpowiedzi stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
z-ca KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych

mgr Dariusz Wakula
.....