

ZP/UR/32/2015

Rzeszów, 22.04.2015r.

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Wykonawcy,
którzy pobrali siwz
nr ZP/UR/32/2015**

Wyjaśnienia treści siwz z dn. 22.04.2015r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/32/2015 na **Dostawę negatoskopów, dyfuzora przenośnego, modeli anatomicznych, lamp operacyjnych i bakteriobójczych, chłodziarki i zamrażarki laboratoryjnej, wag analitycznych i hakowych do Zakładu Nauk o Człowieku** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego

Pytanie 1:

Poniższe pytania dotyczą Zadania 3 w przedmiotowym postępowaniu

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 45 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź:

Termin dostawy zgodnie z dokonanymi zmianami treści siwz z dn. 20.04.2015r. został zmieniony na 40 dni od dnia podpisania umowy

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie modeli anatomicznych z min. 12 miesięcznym okresem gwarancji ?

Odpowiedź:

Nie, minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyrazi zmianę dotyczącą zapisu reakcji serwisu na : maksymalnie 5 dni ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Ze względu na zachowanie ciągłości procesu dydaktyki anatomii nie może to być czas dłuższy niż 72 godziny.

Powyzsze odpowiedzi stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik
.....