

ZP/UR/26/2015

Rzeszów, 29.04.2015r.

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Wykonawcy,
którzy pobrali siwz
nr ZP/UR/26/2015**

Wyjaśnienia treści siwz z dn. 29.04.2015r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/26/2015 na **Dostawę wyposażenia: dygestorium, automatu do barwienia preparatów histopatologicznych, kriostatu, mikrotomu rotacyjnego, łaźni wodnej, stacji do zatapiania materiału tkankowego, szaf na preparaty, wirówki cytologicznej, piły sekcyjnej, procesora tkankowego, ciepłarki laboratoryjnej, myjni do dezynfekcji, aparatu do denaturacji i hybrydyzacji do Zakładu Nauk o Człowieku** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego

Pytanie 1: Dotyczy zadania nr 9 w przedmiotowym postępowaniu

Na podstawie treści Państwa wyjaśnień z dn. 23.04.2015r dotyczących zadania nr 9 - odpowiedź na pytanie nr 1, nr sprawy ZP/UR/26/2015 mamy uzasadnione podejrzenie, że zadane przez nas pytanie zostało przez Państwa niewłaściwie zinterpretowane, co można wnioskować po braku bezpośredniego związku pomiędzy Państwa odpowiedzią a treścią naszego pytania. Opis SIWZ pkt 7 ("łatwo zdejmowany rotor bez użycia narzędzi w celu sterylizacji") nie wskazuje bowiem na konieczność zabezpieczenia urządzenia pokrywą, jak to określili Państwo w swojej odpowiedzi a odnosi się jedynie do sposobu montowania samego rotora. Podkreślamy przy tym, że zarówno oferowane przez nas urządzenie (czyli wirówka) jak i sam rotor posiadają pokrywy, a pokrywa rotora jest łatwo zdejmowana do sterylizacji bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Natomiast proponowane przez nas zabezpieczenie rotora na czas wirowania miniaturowym kluczem jest zabezpieczeniem dodatkowym (oprócz pokrywy urządzenia i pokrywy rotora) - klucz służy do zamocowania rotora na czas wirowania, a jego użycie jest bardzo łatwe i jest to jeden z mniej znaczących szczegółów użytkowych wirówki cytologicznej. Dlatego w odniesieniu do pkt 7 opisu SIWZ wnosimy o dopuszczenie mocowania rotora za pomocą klucza. Brak Państwa zgody na takie rozwiązanie wyeliminowałby z postępowania wykonawców za wyjątkiem jednego, przez co pozbawiliby się Państwo możliwości wyboru spośród konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź:

zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia, w którym zdejmowanie rotora wymaga użycia narzędzi (np. "mini kluczyka")

Powyższe odpowiedzi stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....