

**ZP/UR/32/2015**

Rzeszów, 04.05.2015r.

**Zamawiający:**

Uniwersytet Rzeszowski  
ul. Rejtana 16 C  
35-959 Rzeszów

**Wykonawcy,  
którzy pobrali siwz  
nr ZP/UR/32/2015**

**Wyjaśnienia treści siwz z dn. 04.05.2015r.**

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/32/2015 na **Dostawę negatoskopów, dyfuzora przenośnego, modeli anatomicznych, lamp operacyjnych i bakteriobójczych, chłodziarki i zamrażarki laboratoryjnej, wag analitycznych i hakowych do Zakładu Nauk o Człowieku** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dn.24.04.2015r.

**Pytanie 1:**

**Poniższe pytania dotyczą Zadania 8 w przedmiotowym postępowaniu**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie chłodziarek z panelem sterowania wyposażonym w kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza chłodziarkę z panelem sterowania wyposażonym w kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości.

**Powyższe odpowiedzi stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.**

z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....