

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Wykonawcy,
którzy pobrali siwz
nr ZP/UR/61/2015**

Wyjaśnienia treści siwz z dn. 28.05.2015r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/61/2015 na **Dostawę różnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Biologiczno-Rolniczego UR** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego

Pytanie 1:

Dotyczy zadania nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza mini-wirówki z metalową pokrywą wyposażoną w przezroczysty wziernik ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2:

Dotyczy zadania nr 7:

Czy Zamawiający dopuszcza mini-wirówki o parametrach lepszych, niż określone w SIWZ, na przykład o maksymalnym przyśpieszeniu większym, niż 2680 x g? Jeśli nie, to uprzejmie prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Powyższe odpowiedzi stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....