

ZP/UR/26/2015

Rzeszów, 08.05.2015r.

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Wykonawcy,
którzy pobrali siwz
nr ZP/UR/26/2015**

Wyjaśnienia treści siwz z dn. 08.05.2015r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/26/2015 na **Dostawę wyposażenia: dygestorium, automatu do barwienia preparatów histopatologicznych, kriostatu, mikrotomu rotacyjnego, łaźni wodnej, stacji do zatapiania materiału tkankowego, szaf na preparaty, wirówki cytologicznej, piły sekcyjnej, procesora tkankowego, ciepłarki laboratoryjnej, myjni do dezynfekcji, aparatu do denaturacji i hybrydyzacji do Zakładu Nauk o Człowieku** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego

Pytanie 1: Dotyczy zadania nr 15 w przedmiotowym postępowaniu

W nawiązaniu do odpowiedzi i modyfikacji SIWZ dotyczących ww. postępowania chciałbym zwrócić uwagę, iż w p. 21 Zamawiający wymaga by myjnia była wyposażona w 20l zbiornik do wstępnego ogrzewania wody, zaś w p. 22 zintegrowanej obudowy na min. 2 max. 5l zbiorniki środków chemicznych, w p. 23 zaś zintegrowanej drukarki. Wg naszej wiedzy na rynku nie istnieją urządzenia, które byłyby w stanie spełnić wymagania SIWZ. Przy podanych w p. 34 wymiarach (60 x65 x 85 cm) nie ma fizycznej możliwości by zmieścić wszystkie wymagane w SIWZ elementy przy zachowaniu komory o pojemności 170l.

By było to możliwe konieczne jest albo ustawienie myjni na postumencie (min. 30 cm) albo dołożenie szafki bocznej, co spowoduje zwiększenie szerokości urządzenia do min. 90cm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ,aby myjnia była wyposażona w 20 litrowy zbiornik (możliwe odchyłki pojemności +/- 2 litry) do wstępnego ogrzewania wody.

Wymiary podane w Opisie przedmiotu zamówienia są to wymiary myjni, nie obejmują zbiornika zewnętrznego ,lecz zamawiający nie dopuszcza urządzeń, których łączna szerokość i głębokość (myjnia+ zbiornik na środki chemiczne oraz pojemnik ze wstępnie podgrzaną wodą) były większe niż wymiary samej myjni wskazane z SIWZ (ze względu na ograniczoną powierzchnię)

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z wbudowaną drukarką, jak i ze zintegrowaną drukarką zewnętrzną.

Powyższe odpowiedzi stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....