

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Wykonawcy,
którzy pobrali siwz
nr ZP/UR/61/2015**

Wyjaśnienia treści siwz z dn. 27.05.2015r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/61/2015 na **Dostawę różnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Biologiczno-Rolniczego UR** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego

Pytanie 1:

Dotyczy zadania nr 4:

- Czy Zamawiający wymaga rotora kąтового na co najmniej 6 x 1,5/2 ml z kompletem adapterów 0,5 i 0,2 ml czy też Zamawiający wymaga do każdej wirówki po trzy rotory kątowe, jak to wynika z opisu przedmiotu zamówienia?

- Czy zapis "Prędkości co najmniej - 4000/6000/10000 obr/min" oznacza, że Zamawiający wymaga wirówki z maksymalną prędkością wirowania 4000 obr/min., 6000 obr./min. lub 10000 obr./min.? Jeśli nie, to prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie.

Odpowiedź:

- Zamawiający wymaga rotora kąтового na co najmniej 6 x 1,5/2 ml z kompletem adapterów 0,5 i 0,2 ml

- Zamawiający wymaga wirówki z co najmniej trzema prędkościami wirowania 4000 obr/min., 6000 obr./min. i 10000 obr./min.

Pytanie 2:

Dotyczy zadania nr 7:

- Czy Zamawiający dopuszcza mini-wirówki o maksymalnej prędkości 6000 rpm i maks. RZB 2000 x g ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza mini-wirówki o maksymalnej prędkości 6000 rpm i maks. RZB 2000 x g

Powyzsze odpowiedzi staja się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik
.....