

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Wykonawcy,
którzy pobrali siwz
nr ZP/UR/71/2015**

Wyjaśnienia treści siwz z dn. 25.06.2015r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/71/2015 na **Dostawę mikrowirówek dla Wydziału Biologiczno-Rolniczego UR** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga do każdej z wirówek rotora kąтового na co najmniej 6 x 1,5/2 ml z kompletem adapterów 0,5 i 0,2 ml czy też Zamawiający wymaga do każdej wirówki po trzy rotory kątowe, jak to może wynikać z opisu przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga rotora kąтового na co najmniej 6x1,5/2ml z kompletem adapterów 0,5 i 0,2 ml.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza mini-wirówki z metalową pokrywą wyposażoną w przezroczysty wzornik?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3:

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie sprzecznych zapisów w rozdziale V pkt 6 b SIWZ:

" Okres gwarancji udzielony ponad 48 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany" oraz

" (maksymalny przyjęty do wyliczenia punktów okres gwarancji to 36 miesięcy) "

Odpowiedź:

W rozdziale V pkt 6b Siwz powinno być: (maksymalny przyjęty do wyliczenia punktów okres gwarancji to 48 miesięcy)

Pytanie 4:

Czy ze względu na cykl produkcyjny i formalności celne Zamawiający dopuszcza realizację dostawy w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Powyzsze odpowiedzi staja sie czescia Siwz i nalezy je uwzglednic przygotowujac oferte.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....