

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Wykonawcy,
którzy pobrali siwz
nr ZP/UR/83/2015**

Wyjaśnienia treści siwz z dn. 29.07.2015r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/83/2015 na **Dostawa miniwirówek dla Wydziału Biologiczno-Rolniczego UR** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga do każdej z wirówek rotora kąтового na co najmniej 6 x 1,5/2 ml z kompletem adapterów 0,5 i 0,2 ml czy też Zamawiający wymaga do każdej wirówki po trzy rotory kątowe, jak to może wynikać z opisu przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Jeden rotor kątowy na co najmniej 6x1,5/2ml z kompletem adapterów 0,5 i 0,2 ml.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza mini-wirówki z metalową pokrywą wyposażoną w przezroczysty wziernik?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści miniwirówkę o stałej prędkości 6000 obr/min oraz stałym rzb 2000x g?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, musi mieć trzy prędkości określone w Opisie przedmiotu zamówienia

Powyzsze odpowiedzi staja się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....