

**Zamawiający:**

Uniwersytet Rzeszowski  
ul. Rejtana 16 C  
35-959 Rzeszów

**Wykonawcy,  
którzy pobrali siwz  
nr ZP/UR/77/2016**

**Odpowiedzi na pytania do siwz z dn. 11.10.2016r.**

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/77/2016 na **Dostawę odczynników oraz materiałów jednorazowego użytku dla jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dn. 11.10.2016r.

**Pytanie 1:**

Ad. 5

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator odporny na upuszczenie z wysokości min 1 m na dowolną powierzchnię?

**Odpowiedź:**

Ze względu na miejsce montażu defibrylatora i specyfikę pracowni zamawiający wymaga by był on odporny na upuszczenie z wysokości min 1,2 m na dowolną powierzchnię

**Pytanie 2:**

Ad. 10

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania w defibrylatorze funkcji dostosowania głośności komend do hałasu otoczenia zewnętrznego? We wszystkich defibrylatorach dostępnych na rynku polskim siła głosu lektora wydającego komendy jest na tyle duża, że zbyteczna jest jej regulacja. Punktowany wymóg takiego parametru wskazuje na konkretnego dostawcę a tym samym ogranicza zasadę zdrowej konkurencji.

**Odpowiedź:**

Jest to parametr niewymagany, jedynie dodatkowo punktowany ze względów na wykorzystywanie defibrylatora m.in. w dużych halach sportowych (w takie miejsca defibrylator może być zabierany w celu zabezpieczenia testów czynnościowych), w których ten parametr będzie dla zamawiającego dodatkowym atutem.

**Pytanie 3:**

Ad. 12

Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie zmiany kategorii pacjenta z dorosłego na dziecko z zastosowaniem klucza pediatrycznego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z zastosowaniem klucza pediatrycznego, jeśli umożliwi równie łatwą i intuicyjną zmianę kategorii pacjenta na dziecko jak w przypadku przycisku (jest to dla zamawiającego istotne ponieważ często prowadzimy badania wśród dzieci). Należy opisać oferowane rozwiązanie w kolumnie nr 4.

**Powyższe wyjaśnienia stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.**

z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....  
*Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona*