

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Wykonawcy,
którzy pobrali siwz
nr ZP/UR/84/2016**

Odpowiedzi na pytania do siwz z dn. 12.10.2016r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/84/2016 na **Dostawę defibrylatora dla katedry Nauk o Zdrowiu** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dn. 11.10.2016r.

Pytanie 1:

Czy pozycja 1 typ – “automatyczny defibrylator zewnętrzny” odnosi się do nazwy powszechnie używanej dla urządzeń AED. Czyli pytanie czy dopuszczone będzie urządzenie typu AED półautomatyczne ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Ze względu na specyfikę wykorzystania urządzenia niezbędnym jest by było ono w pełni zautomatyzowane. Nie dopuszczamy półautomatycznego defibrylatora

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona