

**Zamawiający:**

Uniwersytet Rzeszowski  
ul. Rejtana 16 C , 35-959 Rzeszów

**Do Wykonawców, zainteresowanych  
udziałem w przetargu**

**Wyjaśnienia treści Siwz Nr 2**

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/12/2016 na: „**Dostawa autoklawu laboratoryjnego**”, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.)*, Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający wymaga aby autoklaw wyposażony był w wytwornicę pary oddzieloną od komory sterylizacyjnej. Takie rozwiązanie tzn. brak elementów grzejnych w komorze pozwala m.in. na rozbudowę autoklawu w przyszłości o system pompy próżniowej, co umożliwia proces suszenia próżniowego, oraz uzyskanie próżni wstępnej – opcje bardzo przydatne do sterylizacji ciał stałych jak np. narzędzia?

**Odpowiedź:** Nie jest to konieczne.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie autoklawu bez wentylatora umieszczonego w pokrywie ?

**Odpowiedź:** tak

**Pytanie nr 3:**

Czy zamawiający wymaga aby autoklaw posiadał możliwość rozbudowy o system pompy próżniowej?

**Odpowiedź:** Nie jest to konieczne.

**Pytanie nr 4:**

Zamawiający wymaga programu do sterylizacji płynów. Czy zatem Zamawiający wymaga aby autoklaw posiadał system szybkiego chłodzenia – tzn. rozwiązanie umożliwiające chłodzenie płynów w nadciśnieniu w taki sposób aby zapobiec wygotowaniu/ odparowaniu pożywek w czasie wymuszonego chłodzenia?

**Odpowiedź:** tak - informacja jest zawarta w opisie.

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu o wymiarach: szerokość i głębokość 65 cm, który do otwarcia pokrywy potrzebuje ok 110 cm szerokości, ze względu na otwieranie horyzontalne pokrywy?

**Odpowiedź:** wymiary minimalne to wymiary zewnętrzne: szerokość min. 450 mm, głębokość min. 600 mm, wysokość min. 950 mm. Komora sterylizacyjna cylindryczna , pionowa, otwieranie pokrywą górną.

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający wymaga, aby dla większego komfortu pracy, pokrywa autoklawu była dodatkowo pokryta tworzywem sztucznym, izolującym i chroniącym przed poparzeniem Użytkownika ?

**Odpowiedź:** Nie jest to konieczne.

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie autoklawu, który w zamian rozwiązania w postaci wlewania wody bezpośrednio do komory posiada system poboru wody z pojemnika (nie wymaga przyłącza stałego źródła wody zgodnie z SIWZ).

**Odpowiedź:** tak

**Pytanie nr 8:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie autoklawu o wysokości komory sterylizacyjnej równej 60 cm ?

**Odpowiedź:** głębokość min 630 mm

**Pytanie nr 9:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie autoklawu o wadze 150 kg wyposażonego w kółka do łatwego przemieszczania ?

**Odpowiedź:** nie

**Pytanie nr 10:**

Czy w zamian powiadomień głosowych Zamawiający wyrazi zgodę na powiadomienia akustyczne oraz komunikaty tekstowe ?

**Odpowiedź:** tak

**Pytanie nr 11:**

Czy Zamawiający wymaga aby komunikaty pojawiające się na sterowniku były wyświetlane w języku polskim ?

**Odpowiedź:** Nie jest to konieczne.

-----  
**Uwaga:**

***Powyższe wyjaśnienia (odpowiedzi na pytania) stają się integralną częścią SIWZ i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.***

z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....  
*Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona*