

**Zamawiający:**  
Uniwersytet Rzeszowski  
ul. Rejtana 16 C  
35-959 Rzeszów

**Wykonawcy,  
którzy pobrali siwz  
nr ZP/UR/27/2016**

**Odpowiedzi na pytania do siwz z dn.18.05.2016r.**

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/27/2016 na **Dostawę wirówki z chłodzeniem dla Pracowni Badań Klinicznych** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w dn.17.05.2016r.

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę oferującego wirówkę z chłodzeniem bez automatycznie otwieranej pokrywy po zakończeniu wirowania, co związane jest z utrzymywaniem nastawionej temperatury w komorze wirówki? Otwarcie pokrywy następuje po naciśnięciu przycisku OPEN.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Powyższe wyjaśnienia stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.**

z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....  
*Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona*