

**Zamawiający:**  
Uniwersytet Rzeszowski  
ul. Rejtana 16 C  
35-959 Rzeszów

**Wykonawcy,  
którzy pobrali siwz  
nr ZP/UR/43/2016**

**Odpowiedzi na pytania do siwz z dn. 20.06.2016r.**

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/43/2016 na **Dostawę kapsłownicy, różnego sprzętu i odczynników dla Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w dn. 17.06.2016r.

**Pytanie 1:**

Bardzo proszę o informację na temat pozycji 5 – jakiej pojemności miałyby być próbówki? Czy mają być to sterylne próbówki hodowlane/bakteriologiczne (na co wskazuje zakrętka z uszczelką PTFE)? Czy mogłaby Pani podać dotychczas używany numer katalogowy?

**Odpowiedź:**

Próbówki nie muszą być sterylne, muszą być szczelne. Pojemność 8-10 ml. Przykładowe spełniające wymagania nr kat. 734-114724.0001 (Puste kuwety R 16 mm z zakrętkami 16 mm Spectroquant)

Jednocześnie Zamawiający wymaga dla poz. nr 4 (fiolki)- muszą być z wąską szyjką-tzw. small opening vials-pasujące do insertów posiadanych przez Zamawiającego.

**Powyższe wyjaśnienia stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.**

z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....  
*Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona*