

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – modyfikacja z dn. 20.06.2016r.

Lp.	Nazwa	Ilość	Wymagania
1.	Kapsłownica ręczna do zamykania kapsli aluminiowych	1	na kapsle o średnicy 11 mm
2.	Kapsłownica ręczna do otwierania kapsli aluminiowych	1	na kapsle o średnicy 11 mm
3.	Kapsle aluminiowe ND11-	500 szt.	Kapsle z uszczelką teflonową Otwór w środku Septa: - Silikon biały / PTFE czerwony Grubość 1,3 mm
4.	Fiolki z wywiniętym brzegiem ND11	200 szt.	Pojemność 1,5 ml Wąska szyjka (przykładowo fiolka 70201CG z katalogu Macherey-Nagel) Szkło przezroczyste Płaskodenne
5.	Probówki szklane	50 szt.	-pojemność 8-10 ml - zakręcane - zakrętka z uszczelką teflonową - średnica 16 mm - szczelne - przykładowo fiolki chromatograficzne np. kat. 734-114724.0001 (Puste kuwety Ř 16 mm z zakrętkami 16 mm Spectroquant)
6.	Cykloheksan	2 l	- czystość HPLC