

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

Wykonawcy,
którzy pobrali siwz
nr ZP/UR/48/2016

Odpowiedzi na pytania do siwz z dn. 11.07.2016r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/48/2016 na **Dostawę odczynników oraz materiałów jednorazowego użytku dla jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dn.07.08.216r.

Dotyczy zadania 3 – Dostawa zestawu pipet :

Pytanie 1:

Czy Zamawiający mógłby potwierdzić zakres pobierania objętości pipet 0,2-2 ul? Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pipety o szerszym zakresie objętości, tj. 0,1 – 2,5 ul?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pipety posiadającej blokadę nastawianej objętości, co umożliwi pobieranie cieczy tak jak w przypadku pipety stała pojemnościowej, zamiast wymiennej główki zmiennej i stała objętościowej, o której mowa w opisie do zadania 3 w/w postępowania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona