

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów

**SZANOWNI WYKONAWCY
UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W nawiązaniu do postępowania nr **ZP/UR/51/2015** pt.: *Dostawa sprzętu niezbędnego do ćwiczeń studentów kierunku „Ratownictwo Medyczne”* na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

Pytania z dnia 18.07.2016 r.:

Pytanie nr 1

W związku z koniecznością dostawy przedmiotu zamówienia od zagranicznego producenta do Polski, a następnie dostawą do Zamawiającego – termin dostawy do 21 dni określone w SIWZ może być niewystarczające dla terminowej realizacji zamówienia.

Wobec tego zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia z 21 dni do 8 tygodni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu dostawy przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 manekina o następujących parametrach:

Zaawansowany fantom pielęgnacyjny przystosowany do nauki postępowania i pielęgnacji pacjenta w warunkach szpitalnych lub domowych. Wykonany na wzór postaci ludzkiej (użycie peruki i wymienne narządy płciowe pozwalają na charakteryzację manekina zarówno jako mężczyzny jak i kobiety), o zakresie ruchu przybliżonym do rzeczywistych możliwości ruchowych człowieka.

Widoczne oznaki chorobowe:

- Zaczerwieniona skóra pod prawą piersią
- Znamiona na plecach — górne środkowe znamię jest normalne. Znamię znajdujące się niżej wykazuje oznaki złośliwości.
- Odleżyna okolicy krzyżowej – faza 1
- Źrenice — lewa rozszerzona; prawa zwężona



Jedną z najbardziej unikatowych cech fantomu jest realistyczny zakres ruchów wszystkich stawów. Umożliwia to poprawienie pozycji pacjenta oraz wykonanie ćwiczeń uelastyczniających.

Zakres ruchów:

Tułów – obrót, wyprost

Ramię – odwodzenie, obrót, wyprost

Łokieć – wyprost, zgięcie, pronacja, supinacja

Nadgarstek – zgięcie, wyprost, zgięcie promieniowe, zgięcie łokciowe

Palce – odwodzenie, zgięcie (miękki realistyczny materiał)

Kark – obrót, wyprost, zgięcie boczne

Biodro – odwodzenie, rotacja, wyprost

Kolano - wyprost, zgięcie

Kostka – wywinięcie, odwrócenie, zgięcie grzbietowe, zgięcie powierzchniowe

Palce – odwodzenie, zginanie (miękki realistyczny materiał)

Symulacja czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych:

- Cewnikowanie męskie i żeńskie
- Badanie prostaty
- Zakładanie lewatywy (może być ćwiczone jedynie z wykorzystaniem żeńskich genitaliów)
- Irygacja, pobieranie wymazu oraz badanie pochwy
- Pielęgnacja Stomii (ćwiczenie technik pielęgnacji kolostomii i ileostomii takich jak: rozszerzanie, irygacja, oczyszczanie stomii oraz zmiana worka stomijnego)
- Pielęgnacja tracheotomii
- Zgłębnikowanie ustne i nosowe, zakładanie sondy oraz aspiracja treści żołądka (Dostęp do żołądka jest zapewniony przez usta i nozdrza)
- Higiena jamy ustnej
- Fantom posiada wyjmowane uzębienie
- Płukanie oka (Możliwość płukania oczu przy pomocy wody. Lewa źrenica jest rozszerzona, prawa zwężona)
- Higiena uszu
- Iniekcje domięśniowe (Wkładki znajdujące się na lewym biodrze, lewym udzie i na obu ramionach umożliwiają naukę iniekcji domięśniowych)
- Mycie chorego w łóżku.
- Bandażowanie palców i palców u nóg.
- Palce elastyczne i osobno odlewane.
- Pielęgnacja włosów - mycie, czesanie.
- Opatrunki i bandażowanie.
- Zmiana ubrań.
- Ustawianie i techniki przenoszenia pacjenta.
- Wyjmowanie i wkładanie aparatu słuchowego.

Cechy i funkcjonalność fantomu pozwalają na prowadzenie przeszło 35 procedur pielęgnarskich, w tym fantom **posiada także:**

- model ramienia (prawego) do nauki wykonywania iniekcji domięśniowych z wymienną skórą i żyłami (wyczuwalne przy dotyku). Realistyczny efekt flashback potwierdza prawidłowe wklucie igły.

- model ramienia (lewego) do nauki wykonywania pomiaru ciśnienia, możliwe jest zidentyfikowanie pięciu faz Korotkoffa. Elektroniczne urządzenie sterujące pozwala instruktorowi na:
 - wybranie ustawień ciśnienia skurczowego i rozkurczowego
 - ustawienie częstotliwości pulsu
 - ustawienie głośności
 - włączenie lub wyłączenie pauzy osłuchowej
- standardowe ramiona z możliwością wykonywania iniekcji domięśniowych

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę manekina o ww. parametrach. Jednocześnie informuje o zmianie Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania 1.

Uwaga:

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

Z poważaniem

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niznik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

Otrzymują:

- Wykonawcy
- a/a DZP