

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania nr ZP/UR/72/2016 pn.:

Dostawa trzech stanowisk mikroskopowych dla potrzeb Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

PYTANIA Z DNIA 01.09.2016 R.

Pytanie 1:

Ad. 4. Nasadka okularowa

Czy zostanie dopuszczony mikroskop z możliwością regulacji rozstawu źrenic w zakresie 55-75mm, oraz z regulacją dioptryjną wbudowaną w okularach?

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 2:

Ad.5. Okulary

Czy dopuszczą Państwo mikroskop z plastikowymi osłonkami na okularach, które pozwalają na większe zaciemnienie okularów przez co obraz widziany w okularach posiada lepszy kontrast?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 3:

Ad.7. Stolik mechaniczny

Czy zostanie dopuszczony stolik mikroskopowy z uchwytem na jeden preparat z zakresem przesuwu w osi xy: 76x25mm lub na dwa preparaty w zakresie:76x52mm?

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 4:

Ad.9. Obiektywy

Czy zostaną dopuszczone obiektywy o następujących parametrach: 4x/0.10/**WD=18mm**, 40x/0,65/**WD=0.36mm** lub 40x/0.50/**WD=2mm**?

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 5:

Ad. 10. Przystawka do mikrofotografii

Czy zostanie dopuszczony mikroskop z podziałem wiązki pomiędzy kamera i mikroskopem w następującej konfiguracji: 100%:0%, 50%:50%, 0%:100%?

Odpowiedź:

TAK

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem

Z-ca Kierownika Działu
Zamówień Publicznych

mgr Dariusz Wakula

.....
Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona

Do wiadomości:

1. www.ur.edu.pl
2. a-a DZP