

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania nr **ZP/UR/72/2016 pn.:**

Dostawa trzech stanowisk mikroskopowych dla potrzeb Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

PYTANIA Z DNIA 05.09.2016 R.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 6 tygodni od momentu podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie może wydłużyć okresu dostawy do 6 tygodni, ponieważ termin dostawy jest zdeterminowany rozpoczęciem zajęć dydaktycznych

PYTANIA Z DNIA 06.09.2016 R.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści mikroskop biologiczno – laboratoryjny o następujących parametrach ?:

Pkt. 1. STATYW:

- Mikroskop o pełnej, aluminiowej konstrukcji. Konstrukcja dostosowana do wzrostu dorosłego użytkownika umożliwiającą prowadzącemu ćwiczenia stałą kontrolę poprawności prowadzenia obserwacji przez studentów.

Odpowiedź:

TAK

Pkt. 4. NASADKA OKULAROWA:

- Z regulowanym rozstawem okularów w zakresie 50-75 mm oraz pozycją górną i dolną

Odpowiedź:

TAK

Pkt. 7. STOLIK MECHANICZNY:

- Posiadający mechanizm wykorzystujący szynę zębatkową wykonaną z metalu
- wymiarach 150x140 mm
- zakres przesuwu stolika 76x50 mm

Odpowiedź:

NIE- Wymagamy przesuw ciągły a nie skokowy

Pkt. 9. OBIEKTYWY plan achromatyczne z elementami optycznymi wykonanymi z ekologicznego szkła bezołowiowego, z uszczelnieniem antybakteryjnym, o długości optycznej 45mm, o powiększeniach/ aperturze/ odległości roboczej WD:

- 4x/0,10/11.9 mm
- 10x/0,25/12.1 mm
- 40x/0,65/0.36 mm
- 100x OIL/1,25/0.18 mm

Odpowiedź:

NIE

Pkt. 10. Przystawka do mikrofotografii

- Podział światła 50/50 (przy wykorzystaniu żarówki LED o mocy 3W)
- Kamera montowana w górnej części nasadki okularowej
- Adapter kamery z możliwością regulacji ostrości na monitorze
- Kamera CMOS o rozdzielczości 16 milionów pikseli
- Oprogramowanie sterujące wraz z stacją sterującą do obsługi mikroskopu

Odpowiedź:

TAK

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert zgodnie z modyfikacją treści SIWZ z dnia 07.09.2016 r.

Z poważaniem

Z-ca Kierownika Działu
Zamówień Publicznych

mgr Dariusz Wakuła

.....

Kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona

Do wiadomości:

1. www.ur.edu.pl
2. a-a DZP