

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Wykonawcy,
którzy pobrali siwz
nr ZP/UR/4/2017**

Odpowiedzi na pytania do siwz z dn. 20.01.2017r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/4/2017 na **Dostawę fantomów do obrazowania złamań** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dn. 19.01.2017r.

Pytanie 1:

Proszę o sprecyzowanie informacji na temat -Fantom do obrazowania złamań
Fantom ma być w formie całej postaci, torsu, Fantom Przedramienia do RTG,
Fantom Ręki do RTG Przezroczysty czy dwóch złamanych kości.

Odpowiedź:

Chodzi o fantom do obrazowania kości
Przykładowe zdjęcie

**Pytanie 2:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 35 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie - czy produkt ma być przystosowany do RTG i tomografii komputerowej czy wystarczy, że można wykonywać tylko RTG bądź tylko tomografię komputerową?

Odpowiedź:

Fantom ma być dostosowany do użytku w RTG i Tomografii Komputerowej

Pytanie 4:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisowej do 72 godzin.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany w §5 pkt. 5 umowy na zapis : *Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy, przy czym czas reakcji serwisowej (przez czas reakcji rozumiany jest przyjazd serwisanta do siedziby Użytkownika - i podjęcie czynności zmierzających do naprawy sprzętu) wynosi max.72 godziny w dni robocze, a czas usunięcia*

wady/awarii max.14 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia (zgłoszenie za pomocą faksu lub e-maila).

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona