

**Zamawiający:**

Uniwersytet Rzeszowski  
al. Rejtana 16c  
35-959 Rzeszów

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/UR/159/2017 pn.:

***Dostawa aparatury oraz sprzętu dla Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych***

**PYTANIE Z DNIA 08.11.2017 R.**

Dot. lasera NIR – zadanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby laser był pełnym systemem składającym się z trzech laserów o długości fali 450nm, 532nm i 665nm, które będą miały jedno wspólne wyjście SMA, czy jednak Zamawiający dopuszcza, by dostarczono trzy osobne lasery, z których każdy będzie posiadał osobne wyjście SMA

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga by dostarczono trzy osobne lasery, z których każdy będzie posiadał osobne wyjście SMA.

**Powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ.**

Z poważaniem

z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....  
*Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona*

Do wiadomości:

1. [www.ur.edu.pl](http://www.ur.edu.pl)
2. a-a DZP