

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

Wykonawcy,
którzy pobrali siwz
nr ZP/UR/179/2017

Odpowiedzi nr 1 na pytania do siwz z dn. 12.12.2017r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/179/2017 na **Dostawę odczynników, szkła i urządzeń laboratoryjnych dla Wydziału Medycznego** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do zamawiającego:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną o wymiarach zewnętrznych 328x353x250mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona