

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Wykonawcy,
którzy pobrali siwz
nr ZP/UR/15/2017**

Odpowiedzi na pytania do siwz z dn. 28.02.2017r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/15/2017 na **Dostawę odczynników chemicznych, materiałów laboratoryjnych i mikroskopów** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dn. 28.02.2017r.

Zadanie 3 Dostawa mikroskopów optycznych

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga głowicy typu Siedentopf? Głowica typu Siedentopf jest bardziej ergonomiczna, ponieważ przy zmianie rozstawu źrenic nie wymaga korekty ostrości jak w głowicach rozsuwanych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga głowicy typu Siedentopf, ale dopuszcza możliwość zaoferowania takiej.

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona