

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Do Wykonawców, zainteresowanych
udziałem w przetargu**

Odpowiedzi nr 1 na pytania do SIWZ

W nawiązaniu do postępowania nr **ZP/UR/7/2017 na Dostawa materiałów, urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego** na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie nr 1: Zadanie nr 4 - Dynamometr

Czy Zamawiający dopuści dynamometr o parametrach:

Dynamometr umożliwi pomiar wartości siły uścisku dłoni. Podziałka z cyfrowym wyświetlaczem pozwala na łatwy odczyt dokładnych danych pomiarowych.

Parametry mierzone przez Dynamometr:

MAX: maksymalnej siły uścisku

AVG: średnia pomiarów

COUNT: ilość wykonanych uścisków

Urządzenie pozwala na ustawiane zakresów pomiarowych do: 20, 40, 80 kg.

Dane techniczne:

- wymiary: 110 x 55 x 212 mm
- zakres (zmiennie sprężyny): 20, 40, 80 kg
- zasilanie: bateryjne Litium CR 2450 x 1
- czas pracy: ok. 53 h na jednych bateriach
- wyświetlacz: LCD 12 mm
- dokładność: podziałka 100 g
- Produkt dostarczany w eleganckiej walizeczce.

Czy Zamawiający dopuści wysyłkę dynamometrów firmą kurierską wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do dokonania odbioru? Sprzęt za równo prosty w obsłudze, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w dynamometr jak również wysyłkę przedmiotu zamówienia firmą kurierską.

z up. Rektora UR
Zc-a KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych

mgr Dariusz Wakula

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona