

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Wykonawcy,
którzy pobrali siwz
nr ZP/UR/19/2017**

Odpowiedzi na pytania do siwz z dn. 10.03.2017r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/19/2017 na **Dostawę łaźni wodnej, starterów oraz sprzętu kuchennego do wyposażenia pracowni Technologii Żywności** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dn. 08.03.2017r.

Zadanie 1: Zadanie 1: Dostawa łaźni wodnej

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną o zakresie temperatury roboczej $+5^{\circ}\text{C}$ powyżej temp. Otoczenia do 100°C , stabilność temp. $\pm 2^{\circ}\text{C}$, timer od 1 min do 99 godz. i 59 minut, zasilanie 230V, pojemność 5,7l, moc grzania 0,9kW? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
z-ca KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych

mgr Dariusz Wakula

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona