

**Zamawiający:**

Uniwersytet Rzeszowski  
al. Rejtana 16c  
35-959 Rzeszów

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1**

Dotyczy: postępowania nr ZP/UR/23/2017 pn.: „*Dostawa akcesoriów położniczych na wyposażenie pracowni Podstaw Opieki Położniczej oraz dostawa mikroskopów do Katedry Fizjologii i Patofizjologii Człowieka*”

**Pytania dotyczą zadania nr 3: „Dostawa mikroskopów optycznych”**

**Pytanie nr 1.** Czy Zamawiający wymaga, aby mikroskop posiadał możliwość oświetlenia od góry?

Wskazany model umożliwia obserwację w świetle odbitym tylko dla powiększeń obiektów 4x i 10x.

Czy takie obserwacje są niezbędne?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga oświetlenia od góry i od dołu.**

**Pytanie nr 2.** Czy Zamawiający nie preferuje nasadki binokularowej typu Siedentopfa (jak w lornetce), który dla dowolnego rozstawu ma tę samą płaszczyznę ostrości.

W przypadku wskazanego modelu nasadka jest rozsuwana, co skutkuje tym, że w przypadku zmiany rozstawu tubusów ( np. podchodzi obserwować inna osoba o innym rozstawie oczu) obserwator musi pokręcić śrubą mikro, aby uzyskać ostry obraz. Co może być kłopotliwe, o ile dwie osoby chcą korzystać z tego samego mikroskopu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie preferuje nasadki binokularowej typu Siedentopfa.**

**Pytanie nr 3.** Czy zamiast wskaźnika można zaoferować okular mikrometryczny z siatką lub okular mikrometryczny z krzyżem i podziałką, który dla użytkownika jest bardziej interesujący z punktu widzenia użytkownika, który z zaproponowanych dla Użytkownika byłby lepszy ( siatka stosowana jest głównie do zliczania natomiast z krzyżem i podziałką do pomiarów?)

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 4.** Czy wysokość mikroskopu 310 mm nie będzie dla studentów za mała?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie modelu Delta Optical Genetic Pro Bino z wbudowanym akumulatorem?

<https://deltaoptical.pl/mikroskop-delta-optical-genetic-pro-bino-akumulator,d2806.html>

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie modelu Delta Optical Genetic Pro Bino z wbudowanym akumulatorem, pod warunkiem że ten model mikroskopu będzie spełniał parametry techniczne mikroskopu podane w Formularzu cenowym dla zadania nr 3 – stanowiącym załącznik nr 4 do Siwz.**

z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....  
*Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona*