

**Zamawiający:**  
Uniwersytet Rzeszowski  
ul. Rejtana 16 C  
35-959 Rzeszów

**Do Wykonawców, zainteresowanych  
udziałem w przetargu**

### **Odpowiedzi nr 1 na pytania do SIWZ**

W nawiązaniu do postępowania nr **ZP/UR/41/2017 na Dostawa aparatu EKG i odczynników dla Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego** na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

#### **Zadanie nr 1**

##### **Pytanie nr 1:**

Dotyczy Formularza cenowego, zadanie 1, pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z szerokością papieru 110mm? Wymiar ten nieznacznie odbiega od wymaganego, natomiast pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie dopuszcza.

##### **Pytanie nr 2:**

##### **Dotyczy wzoru umowy, par. 5 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację tego ustępu:

*„Wykonawca jest zobowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych i naprawy przedmiotu umowy lub wymiany elementu/podzespołu urządzenia po 3 naprawach tego samego elementu/podzespołu urządzenia ?*

Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona jest sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna jest tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. Uprawnienie do wymiany całego urządzenia niepotrzebnie może podwyższyć koszt zamówienia. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów.

**Odpowiedź:** Nie, zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy umowy bez zmian.

z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niznik

.....  
*Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona*