

ZP/UR/61/2017

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów

Rzeszów, 15.05.2017r.

**Do Wykonawców
którzy pobrali SIWZ
dot. post. ZP/UR/61/2017**

Odpowiedź na zapytanie, które wpłynęło w dniu 12.05.2017r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/61/2017 na **Dostawę aparatury laboratoryjnej dla prac mikrobiologii w Pracowni Informatyki Medycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego** na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późni. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ:

Pytanie nr 1 dotyczy pozycji nr 2 cieplarka laboratoryjna:

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga na wyposażeniu 2 czy 4 półek ze stali nierdzewnej?


Odpowiedź nr 1 dotyczy zadania nr 5:

Zamawiający w opisie zawarł informację, iż wymaga w wyposażeniu standardowym min. 2 półki i w wyposażeniu dodatkowym min. 2 półki. Jednakże Zamawiający popełnij błąd i omyłkowo wpisał wymóg posiadania min. 2 półek w wyposażeniu dodatkowym. Zamawiający dokona modyfikacji przedmiotu zamówienia, gdyż wymaga min. 2 półek.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SIWZ.

Specjalista
ds. zamówień publicznych

mgr Joanna Toczek

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr inż.  Eugeniusz Niżnik

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona