

ZP/UR/103/2017

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów

Rzeszów, 23.08.2017r.

**Do Wykonawców
którzy pobrali SIWZ
dot. post. ZP/UR/103/2017**

Odpowiedź na zapytanie, które wpłynęło w dniu 22.08.2017r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/103/2017 na **Dostawę aparatury laboratoryjnej dla prac mikrobiologii w Pracowni Informatyki Medycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego** na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późni. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ:

Pytanie nr 4 dotyczy pozycji nr 4 uniwersalna wirówka z chłodzeniem:

Prosimy aby Zamawiający doprecyzował jakie wymaga wirniki do wirowania próbek oraz jakie pojemności próbek mają być wirowane w danej wirówce?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wymaga, aby wirówka była wyposażona w min.:

- rotor horyzontalny 4x150 ml (min. prędkość : 4.500 rpm / przyspieszenie 3.260xg) (1 szt.)
- wkłady do rotora horyzontalnego na próbówki 15 oraz 50 ml z dnem stożkowym (1 kpl. na próbówki 15ml oraz 1 kpl. na próbówki 50 ml).
- Rotor kątowy 24 x 1,5/2ml (17.850 x g /30.279 rpm)
- wszystkie rotory mocowane do trzpienia wirowniczego za pomocą mechanizmu zatraskowego bez użycia dodatkowych narzędzi
- wirówka powinna mieć możliwość zastosowania w przyszłości rotorów z włókien węglowych

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SIWZ i nie wymaga zamieszczenia jednolitego tekstu SIWZ.

Specjalista
ds. zamówień publicznych
Joanna
mgr Joanna Toczek

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
Eugeniusz
mgr inż. Eugeniusz Niżnik

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona