

**ZP/UR/103/2017**

Zamawiający:  
Uniwersytet Rzeszowski  
al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów

Rzeszów, 22.08.2017r.

**Do Wykonawców  
którzy pobrali SIWZ  
dot. post. ZP/UR/103/2017**

**Odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w dniu 21.08.2017r.**

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/103/2017 na **Dostawę aparatury laboratoryjnej dla prac mikrobiologii w Pracowni Informatyki Medycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego** na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późni. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ:

**Pytanie nr 1 dotyczy pozycji nr 2 cieplarka laboratoryjna:**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga na wyposażeniu cieplarki 2 czy 4 półek ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający w opisie zawarł informację, iż wymaga w wyposażeniu standardowym min. 2 półki i w wyposażeniu dodatkowym min. 2 półki. Jednakże Zamawiający popełnij błąd i omyłkowo wpisał wymóg posiadania min. 2 półek w wyposażeniu dodatkowym. Zamawiający dokona modyfikacji przedmiotu zamówienia, gdyż wymaga min. 2 półek.

**Pytanie nr 2 dotyczy pozycji nr 3 cieplarka laboratoryjna:**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga na wyposażeniu cieplarki 2 czy 4 półek ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający w opisie zawarł informację, iż wymaga w wyposażeniu standardowym min. 2 półki i w wyposażeniu dodatkowym min. 2 półki. Jednakże Zamawiający popełnij błąd i omyłkowo wpisał wymóg posiadania min. 2 półek w wyposażeniu dodatkowym. Zamawiający dokona modyfikacji przedmiotu zamówienia, gdyż wymaga min. 2 półek.


**Pytanie nr 3 dotyczy pozycji nr 4 uniwersalna wirówka z chłodzeniem:**

Czy Zamawiający wymaga aby oferowana wirówka posiadała na wyposażeniu wirniki do wirowania próbek?

**Odpowiedź nr 3:**

Tak, Zamawiający wymaga aby oferowana wirówka posiadała na wyposażeniu wirniki do wirowania próbek.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SIWZ.

Specjalista  
ds. zamówień publicznych  
  
mgr Joanna Toczek

z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....  
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona