

ZP/UR/103/2017

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów

Rzeszów, 25.08.2017r.

**Do Wykonawców
którzy pobrali SIWZ
dot. post. ZP/UR/103/2017**

Odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w dniu 23.08.2017r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/103/2017 na **Dostawę aparatury laboratoryjnej dla prac mikrobiologii w Pracowni Informatyki Medycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego** na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późni. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ:

Pytanie nr 5

Pkt. 2 cieplarka laboratoryjna:

- a) Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o poj. co najmniej 112-120 litrów?
- b) Czy Zamawiający dopuści jednorodność +/- 0,9 °C?
- c) Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o wym. zew. 65x85x70 cm? (szerxwysxgłęb)
- d) Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o wymiarach wew. 46x54x45 cm? (szerxwysxgłęb)

Odpowiedź nr 5:

- a) Odp. Tak Zamawiający dopuszcza.
- b) Odp. Tak Zamawiający dopuszcza.
- c) Odp. Tak Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że głębokość oferowanego urządzenia będzie pozwalała na bezpieczne postawienie urządzenia na standardowym blacie laboratoryjnym o głębokości 60cm. Oferowane urządzenie powinno posiadać taki rozstaw nóżek aby możliwe było posadowienie urządzenia na stole laboratoryjnym o głębokości 60cm.
- d) Odp. Tak Zamawiający dopuszcza.

Zaoferowane urządzenie musi być kompatybilne z posiadanymi już przez Zamawiającego w laboratorium urządzeniami np. firmy Thermo Scientific

Pytanie nr 6

Pkt.3 Cieplarka laboratoryjna.

- a) Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o pojemności 56 litrów?
- b) Wnioskujemy o usunięcie wymogu „ zaokrąglone rogi komory w wykonaniu „U” – kształtnym jako zapis dotyczący tylko i wyłącznie jednego modelu firmy Thermo Scientific.
- c) Prosimy o dopuszczenie cieplarki o szerokości w wymiarze zewnętrznym 59 cm i o szerokości w wymiarze wewnętrznym równym 40cm.

Odpowiedź nr 6:

- a) Odp: Tak Zamawiający dopuszcza.
- b) Odp: Zamawiający podtrzymuje ww. zapis, ponieważ urządzenie będzie pracowało w Laboratorium Mikrobiologicznym. W tego typu laboratoriach wymagany jest maksymalny poziom czystości urządzeń i próbek ze względu na ryzyko kontaminacji. Jednocześnie pragniemy zauważyć, że Zamawiający na etapie przygotowywania parametrów technicznych do tego postępowania stwierdził, że istnieją co najmniej 3 urządzenia różnych producentów, które spełniają ten wymóg.
- c) Odp: Tak. Zamawiający dopuszcza ww. gabaryty

Zaoferowane urządzenie musi być kompatybilne z posiadanymi już przez Zamawiającego w laboratorium urządzeniami np. firmy Thermo Scientific

Pytanie nr 7

Pkt.13 Zamrażarka laboratoryjna.

- a) Czy Zamawiający dopuści pojemność min. 360-393 litry?
- b) Czy Zamawiający zamrażarkę z mikroprocesorowym wyświetlaczem cyfrowym, podświetlanym, wbudowane złącze RS 232?
- c) Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wym. zewnętrznych 199,00 x 72,0 x 88,5 cm oraz o wym. wewnętrznych 134,5x48 x60,8 cm?

Odpowiedź nr 7:

- a) Odp: Tak. Zamawiający dopuszcza.
- b) Odp: Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
- c) Odp: Tak Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowana zamrażarka będzie posiadać rzeczywisty wymiar transportowy z kółkami pozwalający na przejazd tym urządzeniem przez otwory drzwiowe o wysokości 200cm bez konieczności przechylania urządzenia.

Zaoferowane urządzenie musi być kompatybilne z posiadanymi już przez Zamawiającego w laboratorium urządzeniami np. firmy Thermo Scientific

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SIWZ i nie wymaga zamieszczenia jednolitego tekstu SIWZ.

Specjalista
ds. zamówień publicznych

mgr Joanna Toczek

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik
.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona