

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/UR/150/2018 pn.:

Dostawa materiałów i środków medycznych do realizacji zajęć dydaktycznych z mikrobiologii na kierunku lekarskim

PYTANIE Z DNIA 02.11.2018 R.

1. (§ 4 ust. 1-2) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany projektu umowy w tym zakresie.

PYTANIA Z DNIA 05.11.2018 R.

2. Dotyczy pozycji nr 1-4 i 6-17. Czy Zamawiający wymaga aby podłoża z pozycji 1-4 i 6-17 posiadały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów?

Odpowiedź:

TAK

3. Dotyczy pozycji nr 19 i 20. Czy Zamawiający wymaga aby krążki antybiotykowe posiadały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów?

Odpowiedź:

TAK

4. Dotyczy pozycji nr 19 i 20. Czy Zamawiający wymaga aby krążki antybiotykowe były poddane ocenie EUCAST i osiągnęły bardzo dobre wyniki?

Odpowiedź:

TAK

5. Dotyczy pozycji nr 21. Czy Zamawiający wymaga aby test lateksowy do identyfikacji *Staphylococcus aureus* wykrywał białą A, Clumping Factor i otoczkę polisacharydową MRSA?

Odpowiedź:

TAK

6. Dotyczy pozycji nr 30. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków do wykrywania oksydazy pakowanych po 50 sztuk i tym samym zaoferowanie 2 opakowań?

Odpowiedź:

TAK

7. Dotyczy pozycji nr 37-50, E-testy do oznaczania MIC. Czy Zamawiający wymaga aby e-testy do oznaczania MIC posiadały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów?

Odpowiedź:

TAK

8. Dotyczy pozycji nr 37-50, E-testy do oznaczania MIC. Czy Zamawiający wymaga aby stężenie antybiotyku było umieszczone na nośniku wykonanym z trwałej bibuły?

Odpowiedź:

TAK

9. Dotyczy pozycji nr 54. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie olejka immersyjnego konfekcjonowanego w opakowaniu 7 x 15 ml?

Odpowiedź:

TAK

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, o zmianie **terminu składania i otwarcia ofert** zgodnie z modyfikacją SIWZ

Z poważaniem

z up. Rektora UR
KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

Do wiadomości:

1. www.ur.edu.pl
2. a-a DZP