



ZP/UR/140/2018

Rzeszów, 19.11.2018 r.

**Zamawiający:**  
Uniwersytet Rzeszowski  
al. Rejtana 16c  
35-959 Rzeszów

### Zmiana treści Siwz Nr 3

Dotyczy postępowania ZP/UR/140/2018 pt.: „Dostawa sprzętu medycznego oraz urządzeń w ramach projektu: SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego”.

I. Zamawiający dokonuje zmian w Załączniku nr 5 do Siwz – „Opis przedmiotu zamówienia - po zmianie Siwz z 16.11.2018 r.”, w części dotyczącej Zadania nr 1 pt. „Urządzenia medyczne: Łóżko na stanowisko intensywnej terapii, lampa zabiegowa, łóżko szpitalne ortopedyczne, łóżko szpitalne domowe, wózek transportowy, łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi”.

a) w pozycji nr 1 „ŁÓŻKO NA STANOWISKO INTENSYWNEJ TERAPII” Zamawiający wykreśla następujące zapisy:

„Barierki boczne wyposażone w dodatkowy panel służący do regulacji pozycji mobilizacyjnej,”

„Sterowanie nożne regulacji wysokości oraz pozycji egzaminacyjnej czyli wyzerowania się leża i górnej pozycji wysokości umożliwiających obsługę łóżka.

Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłów.

Preferowane przyciski z gumową osłoną.

Nie dopuszcza się sterowników nożnych z odsłoniętymi tworzywowymi przyciskami. ”

b) w pozycji nr 2 „LAMPA ZABIEGOWA”

Zamawiający wykreśla zapis:

„Regulacja natężenia oraz włączanie i wyłączanie lampy przy pomocy panelu umieszczonego przy czaszy.”

W miejsce wykreślonego zapisu Zamawiający dodaje zapis o brzmieniu:

„Włączanie i wyłączanie lampy przy pomocy panelu umieszczonego przy czaszy”.

II. Zamawiający zmienia zapis zawarty w Dziale VIII punkt 8 Siwz ( tj. sposób opisu opakowania oferty) oraz zapisy zawarte w Dziale X punkt 1 i 2 Siwz tj. miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

**Było:**

**Dział VIII punkt 8.**

„Oferta musi być złożona zamawiającemu w nienaruszonym opakowaniu z napisem:

**Oferta w postępowaniu nr ZP/UR/140/2018 na część/części nr .....\* - nie otwierać przed 29.11.2018 godz. 10:30**”

**Dział X punkt 1.**

Projekt „SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.



**„Termin składania ofert – 29.11.2018r. godz. 10:00”**

**Dział X punkt 2.**

**„Termin otwarcia ofert – 29.11.2018r. godz. 10:30”**

**JEST po zmianie:**

**Dział VIII punkt 8.**

*„Oferta musi być złożona zamawiającemu w nienaruszonym opakowaniu z napisem:*

**Oferta w postępowaniu nr ZP/UR/140/2018 na część/części nr .....\* - nie otwierać przed 05.12.2018 godz. 10:30”**

**Dział X punkt 1.**

**„Termin składania ofert – 05.12.2018r. godz. 10:00”**

**Dział X punkt 2.**

**„Termin otwarcia ofert – 05.12.2018r. godz. 10:30”**

Z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....  
*Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona*

Projekt "SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.