

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

Odpowiedzi na pytania do siwz z dn. 26.02.2018r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/12/2018 na **Dostawa sprzętu laboratoryjnego i materiałów zużywalnych do prowadzenia zajęć ze studentami na Wydziale Medycznym** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm..) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dn. 23.02.2018r.

Pytanie 1:

Dotyczy zadania nr 5:

Czy Zamawiający może podać do jakiego typu aparatu (producent) mają być stosowane w/wym. zestawy lub proszę o podanie więcej parametrów technicznych definiujących te zestawy.

Odpowiedź:

Zestaw do gromadzenia kondensatu powietrza wydychanego winien być kompatybilny z urządzeniem Medivac Turbo DECCS (numer kat. oryginalnego zestawu DECCS 14ST); dopuszczamy zamiennik pod warunkiem, że będzie on spełniał wszystkie normy, będzie wyposażony w zestaw identycznych filtrów a średnica rurek będzie pasowała do probówek odbierających.

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona