

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1

Dotyczy postępowania ZP/UR/09/2018 pt.: „*Dostawa przeciwciał diagnostycznych oraz urządzeń do monitorowania aktywności fizycznej*”.

1) Dotyczy zadania nr 1 Panel przeciwciał diagnostycznych.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 poz. 1 przeciwciała monoklonalnego CD38 APC/H7 z 10 miesięcznym terminem przydatności do użycia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na 10-miesięczny termin przydatności do użycia przeciwciała monoklonalnego CD38 APC/H7.

2) Dotyczy zadania nr 1 Panel przeciwciał diagnostycznych.

Czy przeciwciała mają mieć certyfikat IVD ?

Odpowiedź:

Przeciwciała nie muszą mieć certyfikatu IVD. Będą wykorzystywane w celach edukacyjnych.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik
.....
*Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona*