

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Do Wykonawców, zainteresowanych
udziałem w przetargu**

Odpowiedzi nr 1 na pytania do SIWZ

W nawiązaniu do postępowania **Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego** na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z p. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 1: Czy Zamawiający żąda wraz z ofertą, kopii certyfikatu bezpieczeństwa mikrobiologicznego oferowanego modelu komory według EN12469: 2000, wystawionego przez niezależny organ certyfikujący ?

Odpowiedź: Zamawiający nie żąda wraz ofertą kopii certyfikatu. Wykonawca wraz z przedmiotem umowy dostarczy i przekaze Zamawiającemu wszelkie dokumenty potrzebne do korzystania z przedmiotu umowy.

Pytanie nr 2: Czy dla utrzymania najwyższych standardów dotyczących czystości komory laminarnej wymagają Państwo, aby konstrukcja urządzenia wraz z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiła otwarcie pokrywy przedniej wraz z szybą frontową, co zapewnia całkowity dostęp do wewnętrznej powierzchni szyby w celu umycia jej wewnętrznej powierzchni ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 3: Czy wymagają Państwo zastosowania w komorze złącza diagnostycznego, umożliwiającego podłączenie opcjonalnego modułu do zdalnej weryfikacji parametrów pracy komory przez autoryzowany serwis lub producenta poprzez sieć GSM ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Joanna Toczek

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

