

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

Odpowiedzi nr 1 na pytania do siwz z dn. 06.02.2019r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/19/2019 na **Dostawa wirówki, mikroskopów oraz odczynników i materiałów jednorazowego użytku do przeprowadzania zajęć laboratoryjnych** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm..) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dn. 06.02.2019r.

Dotyczy zadania nr 1,

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza czas rozpędzania do 15000 rpm optymalny dla zachowania maksymalnej trwałości silnika , tj. do 30 sekund (w zależności od stopnia załadowania rotora) i czas do pełnego zatrzymania od maksymalnej prędkości 15000 rpm optymalny dla wrażliwych wirowanych próbek do 40 sekund, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niznik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona