

**Zamawiający:**  
Uniwersytet Rzeszowski  
ul. Rejtana 16 C  
35-959 Rzeszów

**Odpowiedzi nr 1 na pytania do siwz z dn. 08.02.2019r.**

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/19/2019 na **Dostawa wirówki, mikroskopów oraz odczynników i materiałów jednorazowego użytku do przeprowadzania zajęć laboratoryjnych** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm..) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dn. 07.02.2019r.

**Dotyczy zadania nr 4,**

**Pytanie 1:**

Prosimy o doprecyzowanie ile mikroskopów oczekuje Zamawiający poprzez np. stworzenie formularza cenowego ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga 5 szt. mikroskopów.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający wymaga wskazania proponowanego przedmiotu np. poprzez załączenie do oferty karty katalogowej? Czy wystarczy wskazanie modelu, producenta i numeru katalogowego?

**Odpowiedź:**

Do oferty należy dołączyć opis oferowanego przedmiotu zamówienia, sporządzony w taki sposób, aby Zamawiający mógł jednoznacznie dokonać oceny zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia- poprzez wskazanie m.in. producenta, modelu, nr katalogowego oraz podanie parametrów mikroskopów. Można dołączyć również karty katalogowe.


**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający oczekuje aby mikroskop miał możliwość zasilania z akumulatorów lub baterii?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający oczekuje aby mikroskopy miały możliwość zasilania z akumulatorów lub baterii.

**Powyższe wyjaśnienia stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.**

z up. Rektora UR  
z-ca KIEROWNIKA  
Działu Zamówień Publicznych  
  
mgr Joanna Toczek

.....  
*Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona*