

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr **ZP/UR/105/2019** pn.:

„Dostawa aparatury do wyposażenia laboratorium w Zakładzie Biochemii i Biologii Komórki”.

PYTANIA Z DNIA 06.06.2019 R.

Zadanie nr 4: Dostawa mikrowirówki

PYTANIE 1

Czy zamawiający dopuści mikrowirówkę automatycznym otwieraniem pokrywy po zatrzymaniu rotora bez sygnału dźwiękowego?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza mikrowirówkę automatycznym otwieraniem pokrywy po zatrzymaniu rotora bez sygnału dźwiękowego.

PYTANIE 2

Czy Zamawiający dopuści mikrowirówkę o wymiarach: 26x28x15 cm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza mikrowirówkę o wymiarach: 26x28x15 cm.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem

Uniwersytet Rzeszowski
Starszy Specjalista
ds. zamówień publicznych

mgr Adam Zwoliński

z up. Rektora UR
Z-CA KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych

Joanna
mgr Joanna Toczek

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

Do wiadomości:

1. www.ur.edu.pl
2. a-a DZP