

pRzeszów, dn. 26.08.2019r.

ZP/UR/143/2019

**Zamawiający:**  
Uniwersytet Rzeszowski  
ul. Rejtana 16 C  
35-959 Rzeszów

**Odpowiedzi nr 2 na pytania do siwz z dn.26.08.2019**

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/148/2019 na: **Dostawa defibrylatora AED i apteczek pierwszej pomocy dla Centrum Symulacji Medycznej** na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do zamawiającego:

**Pytanie 1:**

Uprzejmie prosimy o podanie ilości apteczek w planowanym zakupie.

**Odpowiedź:**

4 sztuki apteczek

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści defibrylator AED o stopniu ochrony IP54?

Z dalszych wymagań wynika, że aparat nie będzie narażony na zalanie wodą bowiem ma być umieszczony w szafce.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylatora AED wyposażony w piktogramy opisujące kolejne etapy wykonywania defibrylacji, z podświetlanymi krokami 1-2-3 w miejsce wymaganego wyświetlacza LED?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza


**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylatora AED z elektrodami o ważności 2,5 roku z jednoczesnym zagwarantowaniem kolejnego, bezpłatnego kompletu elektrod po zakończeniu żywotności tu zaoferowanego?

Nadmieniam, że proponowane przez nas urządzenie ma 10 lat gwarancji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

z up. Rektora UR  
Z-CA KIEROWNIKA  
Działu Zamówień Publicznych  
  
mgr Joanna Toczek