

Rzeszów, dn. 27.08.2019r.

ZP/UR/143/2019

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

Odpowiedzi nr 3 na pytania do siwz z dn.27.08.2019

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/148/2019 na: **Dostawa defibrylatora AED i apteczek pierwszej pomocy dla Centrum Symulacji Medycznej** na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do zamawiającego:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści poręczny i wytrzymały defibrylator AED Lifeline VIEW o poniższych parametrach:

- Defibrylator AED półautomatyczny, energia defibrylacji dorośli 150J, 50J dzieci,
- Automatyczna konwersja do trybu pediatrycznego po podłączeniu elektrod pediatrycznych,
- stopień ochrony: IP55,
- wyświetlacz LCD, instrukcje głosowe prowadzące przez cały proces reanimacji w języku polskim,
- żywotność elektrod 2 lata,
- żywotność baterii 4 lata
- 8 letnia gwarancja na urządzenie

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia kryteriów opisu zamówienia:

żywotność elektrod - zgodnie z opisem zamówienia

żywotność baterii - zgodnie z opisem zamówienia

z up. Rektora UR
Z-CA KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych

mgr Joanna Toczek

.....