

ZP/UR/135/2019

Rzeszów, 12.08.2019r.

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

Odpowiedzi nr 1 na pytania do siwz z dn. 12.08.2019r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/135/2019 na „**Dostawę systemu cytometrii obrazowej dla Zakładu Biochemii Komórki**” na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do zamawiającego.

Pytanie 1:

"W punkcie 7 (podpunkt 2) opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający specyfikuje autofokus sprzętowy, jednocześnie opisując metodę wskazującą na programowy charakter ogniskowania, tj. "polegający na skanowaniu próbki w osi Z i ogniskowaniu na płaszczyźnie o najwyższym kontraście".
Czy Zamawiający dopuszcza autofokus programowy działający wg. Opisanego mechanizmu?"

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający "dopuszcza autofokus programowy działający wg opisanego mechanizmu

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niznik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona