

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Do Wykonawców, zainteresowanych
udziałem w przetargu**

Odpowiedzi nr 1 na pytania do SIWZ

W nawiązaniu do postępowania na **Sprzedaż wraz z dostawą zamrażarki niskotemperaturowej z wyposażeniem, wirówki z chłodzeniem z zestawem rotorów wymiennych i niezbędnymi akcesoriami oraz aparatu EEG Biofeedback dla Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego** na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z p. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego

Pytanie 1: Czy Zamawiający zgodzi się i dopuści wirówkę laboratoryjną z chłodzeniem której obroty maksymalne wynoszą 18000 RPM, przyspieszenie maksymalne wynosi 30065 RCF, również z takimi parametrami pracy dla wirnika na próbówce 2ml, spełniająca pozostałe wymagane parametry specyfikacji technicznej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane przez oferenta parametry wirówki.

Pytanie nr 2: Jednocześnie proszę aby Zamawiający określił jak dużo probówek typu Falcon 15 i 50 ml chce wirować w wirniku horyzontalnym

Odpowiedź: Wirnik horyzontalny ma umożliwić wirowanie co 20 probówek stożkowych 15 ml typu Falcon jednocześnie (5 probówek/pojemnik-wkładkę redukcyjną) i co najmniej 5 probówek typu Falcon 50 ml jednocześnie (1 probówka/pojemnik-wkładkę redukcyjną).

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie wirówki o dużo szerszym niż wymagany zakres regulacji prędkości jednak nieznacznie węższym zakresie regulacji temperatury od -10 st. C do +40 st. C?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wirówki o dużo szerszym niż wymagany zakres regulacji prędkości i nieco węższym zakresie regulacji temperatury, przy czym najniższa rzeczywista temperatura w komorze wirowania nie może być wyższa niż +4 st. C.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie wirówki o wadzie 71kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wirówkę o wadze 71 kg.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Joanna Toczek

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona